

附件：

### 病毒采样管参数要求

产品名称	型号规格	单位	数量
10 混 1 病毒采样管	试管外径 (14.8±0.2) mm×(100.5±0.4)mm 管帽外径 (15.8±0.15) mm×(12.5±0.5)mm 1 支病毒采样管配套 10 支拭子;试管内含 6ml 保存液拭子: 折断点位于距拭子头顶端 3cm 左 右, 易于折断。	套	230000
病毒采样管 (带 1 根采样拭子)	内含保存液 3-3.5ml, 含采样拭子 1 支, 采样管 材质非玻璃, 采样管高度 9.5~10cm, 螺口。 要求采样拭子带折断痕迹, 折断痕迹距离拭子 非采样端至少 5-6cm。	支	100000

注：上述询价内容含税金，以及运送到我单位的人工费、邮寄费。